

**ประกาศกรมทะเบียนการค้า**  
**เรื่อง การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง**  
**ชนิดมีเฉพาะตัวเลขแสดงปริมาณน้ำมัน (Flow meter)**

ด้วยได้มีผู้นำมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมีเฉพาะตัวเลขแสดงปริมาณเป็นจำนวนลิตร (Flow meter) ซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจวัดได้ทำการตรวจสอบถูกต้อง และประทับเครื่องหมายให้คำรับรองแล้ว ไปดัดแปลงใช้ประกอบเข้ากับเครื่องสูบน้ำมันที่ใช้มือหมุนซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการอัดส่งน้ำมันผ่านมาตรวัด เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้มือหมุนนี้จะสูบน้ำมันผ่านเข้ามาตรวัดเป็นห้วง ๆ ไม่ต่อเนื่องกันโดยสม่ำเสมอ จึงทำให้มีช่องว่างในระหว่างห้วง และเกิดเป็นฟองอากาศหรือลมดันผ่านเข้ามาตรวัด ในขณะที่หมุนสูบน้ำมันด้วย เป็นเหตุให้ตัวเลขของมาตรวัดเลื่อนไปจุดเดียวกับมีน้ำมันไหลผ่าน ดังนั้น ปริมาณของน้ำมันที่แท้จริงจึงน้อยกว่าจำนวนตัวเลขที่แสดงในมาตรวัดทำให้พ่อค้าได้เปรียบประชาชนผู้ซื้อน้ำมันจากวิธีการใช้มาตรวัดชนิดนี้

ฉะนั้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใช้น้ำมันนำมาตรวัดนี้เอาเปรียบประชาชนโดยวิธีการดังกล่าวข้างต้น กรมทะเบียนการค้าจึงกำหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดนี้ดังต่อไปนี้.

๑. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจวัดทำการตรวจสอบให้คำรับรองต่อเมื่อได้ติดตั้งมาตรวัด ณ สถานที่ตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะใช้ระบบการอัดส่งน้ำมันด้วยวิธีใดก็ตาม แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีอากาศเข้าไปในมาตรวัดได้ในขณะที่ทำการสูบน้ำมันผ่านมาตรวัด

๒. การตรวจสอบให้คำรับรองให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดมาตรวัด (Petrol Pump)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๕

(ลงชื่อ) ไชย นิธิประภา

(นายไชย นิธิประภา)

อธิบดีกรมทะเบียนการค้า