

ระเบียบสำนักงานกลางจังหวัด

ว่าด้วย การกำหนดแบบมาตรฐาน และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่
พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรฐานวัดปริมาตร
น้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ

พ.ศ. ๒๕๕๑

เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ ที่ประสงค์จะขอ
อนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่ตนผลิต
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมาตราจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๒
และความในข้อ ๕ (๑) และข้อ ๕ (๒) ของกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานกลางจังหวัด ว่าด้วย การกำหนดแบบ
มาตรฐาน และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาต
เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ผู้ผลิตมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ ต้องจัดให้มีถังวัดทำด้วย
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) ชนิดที่มีชั้นหนาตามมาตรฐาน พิกัดกำลังเท่ากับปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้
ของระบบมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง และพิกัดกำลัง ๕ ลิตร ๒๐ ลิตร และ ๕๐ ลิตร และต้อง
ได้รับการสอบเทียบรับรองความถูกต้องจากสำนักจังหวัดอย่างน้อยทุก ๆ ๑ ปี เพื่อใช้เป็นแบบ
มาตรฐานสำหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของมาตรฐานวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ

ข้อ ๔ ผู้ผลิตมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการต้องดูแลรักษาแบบมาตราตามข้อ ๓ ให้มีสภาพใช้งานได้ทุกขณะ

ข้อ ๕ ผู้ผลิตมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการต้องจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้สำหรับใช้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

(๑) เป็นห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีสภาพมั่นคงถาวร แข็งแรง ปลอดภัย และถูกต้องตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ยื่นคำขอต่ออธิบดี และตั้งอยู่ในบริเวณที่มีทางคมนาคมไปมาสะดวกกับที่ตั้งของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา

(๒) มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมพอเพียงที่จะวางแบบมาตราเพื่อทดสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ

(๓) มีปั๊มสูบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำให้มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการมีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตรต่อนาที เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ

(๔) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างพอเพียง

(๕) มีอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ที่จำเป็น และเพียงพอ

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ยรรยง พวงราช

อธิบดีกรมการค้าภายใน