

ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่
พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรอง
มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนซ่อม
พ.ศ. ๒๕๕๓

เพื่อกำหนดให้ผู้ซ่อมมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอ
ตามสถานีบริการที่ประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัด
หาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการที่ตนซ่อม ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๑) และ (๒) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๕๔ และความในมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา
และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ
และให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการ
ที่ตนซ่อม พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ผู้ซ่อมมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอ
ตามสถานีบริการ ต้องจัดให้มีแบบมาตราชนิดมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติ
ที่มีสถานะเป็นไอที่มีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีความสามารถวัดในช่วงอัตราการไหลต่ำสุดไม่เกิน ๗๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง และอัตรา
การไหลสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง

(๒) มีความสามารถแสดงค่าการวัดได้ไม่น้อยกว่า ๙๙๙.๙๙๙๙ กิโลกรัม

(๓) มีความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด ± ๐.๐๐๕ ของน้ำหนักที่ทดสอบ

(๔) มีความสามารถในการทำซ้ำได้ไม่เกินร้อยละ ๐.๓ ของน้ำหนักที่ทดสอบ

โดยต้องได้รับการสอบเทียบรับรองความถูกต้องจากสำนักชั่งตวงวัดหรือหน่วยงานที่สำนักงานกลางเห็นชอบ อย่างน้อยทุก ๆ ๑ ปี เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการ

ข้อ ๔ ผู้ซ่อมมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการ ต้องดูแลรักษาแบบมาตรฐานตามข้อ ๓ ให้มีสภาพใช้งานได้ทุกขณะ

ข้อ ๕ ผู้ซ่อมมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการ ต้องจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้สำหรับใช้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการ โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

(๑) เป็นห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่มีสภาพมั่นคงถาวร แข็งแรง ปลอดภัย และถูกต้องตามแบบแปลนแผนผังและรายการที่ยื่นคำขอต่ออธิบดี และตั้งอยู่ในบริเวณที่มีทางคมนาคมไปมาสะดวกกับที่ตั้งของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา

(๒) มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมพอเพียงที่จะวางแบบมาตราเพื่อทดสอบ มาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการ

(๓) มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างพอเพียง

(๔) มีอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ที่จำเป็น และเพียงพอ

ข้อ ๖ ผู้ซ่อมมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการต้องจัดหารถยนต์เพื่อใช้ในการขนย้ายแบบมาตราชนิดมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอและอุปกรณ์สำหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซธรรมชาติที่มีสถานะเป็นไอตามสถานีบริการ

ข้อ ๗ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

วัชร วิมุกตายน

อธิบดีกรมการค้าภายใน