

# คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด

ที่ ๑/๒๕๓๐

## เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่

เพื่อให้การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ของสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดเป็นไปอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และให้เกิดความสะดวกต่อผู้ยื่นคำขอตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ของเอกชนเป็นเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ของสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดไว้ดังต่อไปนี้

### ๑. คุณสมบัติของผู้ขอ

๑.๑ ต้องเป็นผู้ถืออาชญาบัตรทำมาตรวัดน้ำตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตมาตรวัดน้ำจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ

๑.๒ ต้องเป็นผู้ถืออาชญาบัตรส่งมาตรวัดน้ำตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด และต้องมีปริมาณการส่งเข้ามาจำหน่ายปีละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เครื่อง

### ๒. สถานที่ติดตั้งเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ

๒.๑ ต้องเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำโดยเฉพาะและตั้งอยู่ภายในอาคารที่มั่นคงถาวร และมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดแล้ว

๒.๒ สถานที่ตาม ๒.๑ ต้องอยู่ในเขตที่มีทางคมนาคมไปมาสะดวกกับที่ตั้งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดหรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้นำแบบมาตราไปตรวจสอบให้คำรับรองได้โดยสะดวก

### ๓. เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

๓.๑ ถังบรรจุน้ำเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาตรน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดน้ำ ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร และมีชั้นหมายมาตรบอกปริมาตรที่สมมาตรและเห็นได้อย่างชัดเจน ชั้นหมายมาตรต่ำสุดต้องแสดงปริมาตรได้ไม่เกิน ๑๐ ลิตร หรือ ๑๐ ลูกบาศก์เดซิเมตร และถังบรรจุน้ำดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากพนักงานเจ้าหน้าที่

๓.๒ เครื่องควบคุมการไหลของน้ำผ่านมาตรวัดน้ำ ต้องสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้อย่างน้อยในช่วง ๒ ถึง ๑๐๐ ลิตรต่อนาที หรือ ๒ ถึง ๑๐๐ ลูกบาศก์เดซิเมตรต่อนาที และต้องมีเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow rate meter) ติดตั้งอยู่ด้วย

๓.๓ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น

## ๔. เงื่อนไขอื่น

๔.๑ ถังบรรจุน้ำที่ได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และร้อยลวดบีบตะกั่วอักษร ช.ต.ว. และผูกบัตรแล้ว ผู้ขอจะต้องรักษาไว้ในสภาพที่ใช้งานได้ทุกขณะและไม่เคลื่อนย้ายหรือซ่อมแซมถังบรรจุน้ำโดยมิได้รับอนุญาตจากสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด

๔.๒ ผู้ขอต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำเพื่อตรวจสอบ และรับรองมาตรวัดน้ำของผู้อื่นได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. ผู้ประสงค์จะขอได้รับเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำของตนเป็นเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำของสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ให้ยื่นความจำนงพร้อมแสดงที่ตั้งและแผนผังเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำต่อสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด

๖. กรณีที่มีปัญหา ให้สำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดพิจารณาเป็นรายๆ ไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐

(ลงชื่อ) ประกาศ ถีนานนท์

(นายประกาศ ถีนานนท์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทะเบียนการค้า