

# คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด

ที่ ๒/๒๕๒๖

## เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ใช้เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ

เพื่อให้การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำของสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดเป็นไปอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และให้เกิดความสะดวกต่อผู้ยื่นคำขอตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดน้ำสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำของเอกชนเป็นเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำของสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดดังต่อไปนี้

### ๑. คุณสมบัติของผู้ขอ

๑.๑ ต้องเป็นผู้ถืออาชญาบัตรทำมาตรวัดน้ำตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตมาตรวัดน้ำจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ

๑.๒ ต้องเป็นผู้ถืออาชญาบัตรส่งมาตรวัดน้ำตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด และต้องมีปริมาณการส่งเข้ามาจำหน่ายปีละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เครื่อง

### ๒. สถานที่ติดตั้งเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ

๒.๑ ต้องเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับติดตั้งเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำโดยเฉพาะและตั้งอยู่ภายในอาคารที่มั่นคงถาวร และมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดแล้ว

๒.๒ สถานที่ตาม ๒.๑ ต้องอยู่ในเขตที่มีทางคมนาคมไปมาสะดวกกับที่ตั้งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัดหรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้นำแบบมาตราไปตรวจสอบให้คำรับรองได้โดยสะดวก

### ๓. เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

๓.๑ ถังบรรจุน้ำเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาตรน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัดน้ำ ต้องมีชั้นหมายมาตรบอกปริมาตรที่สมานรูปและเห็นได้อย่างชัดเจน ชั้นหมายมาตราต่ำสุดต้องแสดงปริมาตรได้ไม่เกิน ๒ ลิตร หรือ ๒ ลูกบาศก์เดซิเมตร และถังบรรจุน้ำดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากพนักงานเจ้าหน้าที่

๓.๒ เครื่องควบคุมการไหลของน้ำผ่านมาตรวัดน้ำ ต้องสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ อย่างน้อยในช่วง ๒ ถึง ๑๐๐ ลิตรต่อนาที หรือ ๒ ถึง ๑๐๐ ลูกบาศก์เดซิเมตรต่อนาที และต้องมีเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow rate meter) ติดตั้งอยู่ด้วย

๓.๓ แทนตั้งมาตรวัดน้ำที่ใช้ทดสอบ ต้องสามารถติดตั้งมาตรวัดน้ำที่จะทดสอบได้  
ครั้งละไม่ต่ำกว่า ๑๐ เครื่อง

๓.๔ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น

๔. เงื่อนไขอื่น

๔.๑ ถังบรรจุน้ำที่ได้รับการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และร้อยลวดบีบตะกั่ว  
อักษร ช.ต.ว. และผูกบัตรแล้ว ผู้ขอจะต้องรักษาไว้ในสภาพที่ใช้งานได้ทุกขณะและไม่เคลื่อนย้าย  
หรือซ่อมแซมถังบรรจุน้ำโดยมิได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตราชั่งตวงวัด

๔.๒ ผู้ขอให้ใช้ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำเพื่อ  
ตรวจสอบ และรับรองมาตรวัดน้ำของผู้อื่นได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. ผู้ประสงค์จะขอใช้รับเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำของตนเป็นเครื่องทดสอบมาตรวัดน้ำ  
ของสำนักงานมาตราชั่งตวงวัด ให้ยื่นความจำนงพร้อมแสดงที่ตั้งและแผนผังเครื่องทดสอบ  
มาตรวัดน้ำต่อสำนักงานมาตราชั่งตวงวัด

ตั้ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๒๖

(ลงชื่อ) จเร จุฬารัตนกุล

(นายจเร จุฬารัตนกุล)

อธิบดีกรมทะเบียนการค้า

หัวหน้าสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด